

REQUERIMENTO

Serviço de Radiologia no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira e Centro de Saúde de Angra do Heroísmo

Considerando que o funcionamento do Serviço Regional de Saúde deverá assentar em eficácia e segurança, evitando assim constrangimentos cujos principais visados são os utentes.

Considerando que recentemente foram divulgados publicamente constrangimentos no Serviço de Radiologia do Centro de Saúde de Angra e do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira (HSEIT) por avaria de ambos equipamentos, ainda que tenham ocorrido em períodos diferentes, permitindo assim o auxílio entre estas instituições do Serviço Regional de Saúde.

Considerando que os utentes que se dirigiram ao Serviço de Urgência e doentes dos vários Serviço de Internamento do HSEIT, com indicação para fazer uma radiografia eram transportados em viatura da instituição até ao Centro de Saúde para a realização do exame prescrito, ou de ambulância se a sua condição clínica assim o exigisse.

Considerando que ambos os casos, embora tenham sido avarias com naturezas distintas, causaram constrangimentos aos utentes do Serviço Regional de Saúde, sendo que no caso do Centro de Saúde de Angra do Heroísmo, cuja avaria do equipamento foi superior a 6 meses, os utentes poderiam deslocar-se ao Centro de Saúde da Praia da Vitória em meios próprios.


Assim, nos termos estatutários e regimentais aplicáveis solicitamos ao Governo Regional dos Açores os seguintes esclarecimentos:

- 1- As avarias ocorridas nos equipamentos das duas instituições, no caso do HSEIT a nível dos “colimadores”, e no CSAH a nível da “ampola” poder-se-ão dever a falhas de manutenção dos mesmos ou demora anormal na aquisição de peças?
- 2- Quem tem a responsabilidade de proceder à manutenção dos referidos aparelhos e com que frequência a mesma é feita? Existem contratos de manutenção com os respetivos fornecedores? Solicita-se cópia dos mesmos.
- 3- Solicita-se cópia da calendarização da manutenção dos aparelhos supramencionados.
- 4- Em que ano foram adquiridos os 3 equipamentos avariados? Foram sujeitos a grandes reparações desde a sua aquisição, permitindo o prolongamento da sua vida útil?
- 5- No caso do HSEIT, uma vez que existem instalações físicas disponíveis e as valências que utilizam este serviço são várias, com a realização diária de inúmeros exames, está prevista a aquisição de mais um aparelho de raio-x ?
- 6- Está prevista a aquisição de mais um aparelho de TAC para o HSEIT ou a substituição do existente?


7- Em caso de resposta afirmativa, para quando prevê que o mesmo seja feito?

Angra do Heroísmo, 27 de janeiro de 2019

Os Deputados Regionais,



Mónica Seidi



César Toste



Luis Rendeiro

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	
ARQUIVO	
Entrada: 285	Proc. n.º 54.03.03
Data: 020/01/18	N.º 821/18