



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
**PRESIDÊNCIA DO GOVERNO**

Gabinete da Secretária Regional Adjunta da Presidência para os Assuntos Parlamentares

Email: [arquivo@alra.pt](mailto:arquivo@alra.pt)

Exmo. Senhor  
Chefe do Gabinete de S. Exa a  
Presidente da Assembleia  
Legislativa da R.A.A.  
Rua Marcelino Lima  
9901-858 HORTA

Sua referência	Sua Comunicação	Nossa referência	Nº Processo	Ponta Delgada
		SRAPAP – Sai 228/2014		04-11-2014

**ASSUNTO: REQUERIMENTO N.º 302/X – AVARIA NO EQUIPAMENTO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO CENTRO DE SAÚDE DA ILHA GRACIOSA**

*Exmo. Senhor*

Em resposta ao requerimento referido em epígrafe, subscrito pelos Senhores Deputados João Bruto da Costa e Valdemiro Vasconcelos do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, encarrega-me S. Exa. a Secretária Regional Adjunta da Presidência para os Assuntos Parlamentares de informar relativamente às questões colocadas o seguinte:

O equipamento já se encontra reparado e em normal funcionamento.

Nunca houve análises urgentes em atraso na Unidade de Saúde da Ilha Graciosa, em consequência da avaria verificada num dos equipamentos. Tal foi possível, por existirem equipamentos point of care na Unidade de Saúde de Ilha.

Segundo informação da Unidade de Saúde, os casos prioritários foram resolvidos com recurso aos equipamentos point of care. Para as restantes situações, não prioritárias, a Unidade de Saúde da Ilha Graciosa, tem acordada uma convenção com um laboratório na Ilha Terceira.

Com os melhores cumprimentos, *e consideração*

A CHEFE DO GABINETE,

Rafaela Seabra Teixeira

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	
ARQUIVO	
Entrada <b>3189</b>	Proc. n.º <i>54.03.04</i>
Data: <i>04.11.14</i>	N.º <i>302/X</i>